

**dsb**Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap

1 av 2

Vår saksbehandler
Axel Proet-Høst, tlf. 33412500Dokument dato
12.10.2005Deres dato
27.07.2005Vår referanse
2005/4045/PRAXDeres referanse
200500422-3/013Arkivkode
563Helse Øst RHF
Att. Anders W. Skumsnes
Postboks 404
2303 Hamar

HELSE ØST RHF	
Saksnr.	200500422-4
Ark. nr.	013
Kaes.	
	ADM

Hjemmeinstallasjoner og helseforetakenes ansvar

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap viser til Deres brev datert 27.07.2005.

Henvendelsen reiser spørsmålet hvorvidt helseforetaket har plikt til, med grunnlag i forskrift om bruk og vedlikehold av elektromedisinsk utstyr § 2, å utføre kontroller av elektriske anlegg i hjem der det anvendes utlånt elektromedisinsk utstyr.

Forskriften om bruk og vedlikehold retter seg mot det elektromedisinske utstyret som f. eks utlånes av helseforetakene, og ikke som sådan mot kontroll og tilsyn av det elektriske anlegget i de hjem hvor det anvendes utlånt elektromedisinsk utstyr. Dette fremkommer f. eks av forskriften §§ 1 og 2.

Det er i henhold til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg av 06.11.1998 § 9 den enkelte eier eller bruker av det elektriske anlegget som har ansvar for at anlegget tilfredsstiller sikkerhetskravene. Plikten til å overholde sikkerhetskravene tilligger dermed den enkelte eier eller bruker av den enkelte bolig. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Det lokale eltilsyn fører tilsyn med etterlevelsen av pliktene etter denne forskriften.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap er imidlertid av den oppfatning at forskrift om bruk og vedlikehold av elektromedisinsk utstyr av 20.08.1999 § 14 første ledd og internkontrollforskriftens § 5 nr. 6 og 7, hjemler en plikt for helseforetaket til å vurdere hvorvidt det medisinske utstyret skal utplasseres i et privat hjem. Denne vurderingen må gjøres på bakgrunn av en konkret vurdering / kontroll av påliteligheten og sikkerheten i det enkelte elektriske anlegg.

Vårt syn er dermed sammenfallende med det som fremgår i Deres brev punkt 1-4. Vi er imidlertid ikke kjent med at det via folketrygden kan gis støtte til utbedring av det elektriske anlegget i private hjem.

Med hilsen
for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Enhet for elektriske produkter


for Geir Ottersen
avdelingsleder


Axel Proet-Høst
rådgiver

Postadresse
Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap
Hovedkontor
Postboks 2014
3103 Tønsberg

Kontoradresse
Rambergveien 9
3115 Tønsberg
E-post
postmottak@dsb.no

Telefon
33 41 25 00
Internett
www.dsb.no

Telefaks
33 31 06 60

Org.nr.
974 760 983
Hovedkontoradresse
Rambergveien 9
3115 Tønsberg

**Rikstrygdeverket
Arbeids- og rehabiliteringsdivisjonen**

Helse Øst	
Saksnr. 200500422-5	Dato 28/11-05
Ark.nr. 013	Beh. ADM
Kass.	Kopi

Helse Øst
Postboks 404
2317 Hamar



Trygdeetaten

Vår dato: 24. oktober 2005
Vår ref: 2005/03892-2
Deres dato: 27. juli 2005
Deres ref:

Saksbehandler: Andreas Christian Nørve
Direktenummer:

HJEMMEINSTALLASJONER OG HELSEFORETAKENES ANSVAR

Vi viser til kopi av brev mottatt her 27. juli 2005, hvor det fremgår at det eventuelt kan søkes trygdeetaten om utbedring av det elektriske anlegget ved bruk av behandlingshjelpemidler i private hjem.

Rikstrygdeverket vil påpeke at ansvaret for behandlingshjelpemidler ble overført til de statlige helseforetakene den 1. januar 2003. Med bakgrunn i dette er det ikke hjemmel i folketryktdloven til å dekke utgifter knyttet til montering og/eller bruk av slikt utstyr.

Vi ber om at Helse Øst orienterer Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap om dette.

Med hilsen

Kristian Munthe
seniorrådgiver

Andreas Christian Nørve
rådgiver

Postadresse:
Rikstrygdeverket
Arbeids- og rehabiliteringsdivisjonen
Postboks 5200 Nydalen
0426 OSLO

Kontoradresse:
Sannergata 2
OSLO

Telefon:
22 82 70 00

Grannr:

Foretaksnr:
NO 974 760 924 MVA

Internettadr:
www.trygdeetaten.no
E-postadresse:
rtv@trygdeetaten.no

Telefaks:
22 82 70 70